

SARS-CoV-2 in saliva medium							
	Mean CT (SD) on day:						
	1	3	5	8	9	15	26
-20°C	31,4 (0,7)	32,3 (1,1)	30,8 (0,4)	32,2 (0,9)	31,6 (1,4)	31,8 (0,4)	31,5 (0,5)
4°C	30,9 (1,3)	31,1 (0,3)	30,9 (1,3)	31,0 (0,1)	31,2 (0,3)	32,0 (0,6)	32,0 (0,06)
20°C	30,8 (0,5)	29,5 (1,7)	31,8 (2,1)	30,7 (0,7)	31,3 (0,8)	34,6 (0,3)	33,4 (1,0)
	P values day:						
	1	3	5	8	9	15	26
-20°C vs. 4°C	0,76	0,32	1	0,38	0,91	0,96	0,79
-20°C vs. 20°C	0,73	0,003	0,43	0,14	0,93	0,003	0,05
4°C vs. 20°C	1,00	0,11	0,49	0,92	1,00	0,006	0,21
P values day 1 vs day 9				P values day 1 vs day 26			
-20°C	1,00			1,00			
4°C	1,00			0,73			
20°C	1,00			0,03			

  

SARS-CoV-2 no medium dry swab							
	Mean CT (SD) on day:						
	1	3	5	8	9	15	26
-20°C	31,8 (0,6)	31,9 (0,8)	31,8 (2,0)	31,1 (0,4)	31,8 (0,48)	31,2 (1,4)	31,9 (0,3)
4°C	33,3 (0,4)	32,8 (2,0)	31,6 (0,4)	33,2 (0,4)	32,7 (0,5)	31,2 (1,6)	32,1 (1,3)
20°C	32,4 (0,8)	33,8 (0,3)	32,7 (1,3)	34,0 (1,7)	33,1 (0,7)	32,5 (0,5)	33,2 (0,6)
	P values day:						
	1	3	5	8	9	15	26
-20°C vs. 4°C	0,21	0,51	0,96	0,04	0,63	1,00	0,99
-20°C vs. 20°C	0,77	0,08	0,54	0,004	0,34	0,33	0,32
4°C vs. 20°C	0,55	0,51	0,38	0,67	0,85	0,32	0,41
P values day 1 vs day 9				P values day 1 vs day 26			
-20°C	1,00			1,00			
4°C	0,99			0,77			
20°C	0,98			0,97			